

ПРОТОКОЛ

Днес, 23.01.2019 г., в изпълнение на Заповед № 35/23.01.2019 г. на Управителя на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора се събра комисия в състав:

Председател: Сергей Дериволков, правоспособен юрист;

Членове:

1. Ренета Славова – завеждащ Рентгеново отделение;
2. Деница Динева - гл. медицинска сестра

Със задача да разгледаг, оценят и класират постъпилите оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ Света Петка Българска“ ЕООД“, гр. Нова Загора“.

Комисията започна работа в 09,00 часа в Административната сграда на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД. Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

В срока за приемане на оферти са постъпили оферти от следните участници:

1. „Елпак Лизинг“ ЕООД, гр. Варна, с вх. № 9/22.01.2019 г. в 09:30 часа;
2. „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София, с вх. № 10/22.01.2019 г. в 15:45 часа.

Офертите са депозирани в деловодството на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора в посочения срок, за което е попълнен Регистър на подадените оферти.

На заседанието на комисията присъстваха надлежно упълномощени представители на участниците, а именно:

За „Елпак Лизинг“ ЕООД, гр. Варна – Гертана Людмилова Георгиева;

За „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София - Радослав Димитров Наков.

Председателят на комисията установи, че подадените запечатани непрозрачни опаковки са с видимо ненарушена цялост, с посочени входящи номера, дата и час на приемане.

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание, след което провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". След извършване на тези действия, всички членове на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и плик „Предлагани ценови параметри" на участниците. Председателя на комисията предложи по един представител на участниците също да подпишат Предложението за изпълнение на поръчката и плик „Предлагани ценови параметри", което бе сторено.

След подписване на плик „Предлагани ценови параметри" и Предложението за изпълнение на поръчката на съответната оферта, комисията приключи публичната част от заседанието, и провери документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията констатира следното:

1. „Елпак Лизинг“ ЕООД, гр. Варна

След проверката на представените от участника документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията установи, че „Елпак Лизинг“ ЕООД, гр. Варна е представил всички необходими за участие в процедурата документи и информация, и отговаря на изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор.

2. „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София

След проверката на представените от участника документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията установи, че „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София е представил всички необходими за участие в процедурата документи и информация, и отговаря на изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор.

След тези действия, комисията провери техническите предложения на участниците за съответствие с обявените от възложителя минимални изисквания към предлаганата техника, а именно 16-срезов компютърен томограф.

1. Техническо предложение на „Елпак Лизинг“ ЕООД, гр. Варна.

Участникът „Елпак Лизинг“ ЕООД, гр. Варна е представил Техническо предложение, попълнено в съответствие с изискванията на възложителя, към което е приложил техническа документация на английски и на български език за Многосрезов КТ скенер Anatom 32 Fit.

В образца на техническото предложение в графа „Предложени от участника технически и функционални характеристики“ участникът е декларирал техническите параметри на предлаганият от него компютърен томограф. Комисията, след като се запозна с приложената към техническото предложение на участника „Елпак Лизинг“ ЕООД, гр. Варна техническа документация на производителя, съдържаща техническите и функционални характеристики на предложеният Многосрезов КТ скенер Anatom 32 Fit, установи несъответствие между декларираните от участника данни в техническото предложение и техническите данни на предложеният Многосрезов КТ скенер Anatom 32 Fit, както и несъответствие на техническите характеристики на предложеният Многосрезов КТ скенер Anatom 32 Fit с минималните изисквания на възложителя, посочени в обявената Техническата спецификация, част от утвърдената и влязла в сила документацията за участие.

1.1. Съгласно обявената от възложителя Техническа спецификация, съдържаща минималните функционални и технически изисквания към 16-срезов компютърен томограф, по отношение на минималните параметри на рентгеновата тръба е заложено следното изискване:

Двуфокусна рентгенова тръба с площ на фокусите (съгласно IEC 60336:2005) съответно:

- малък фокус не повече от 0,5 кв. мм;
- голям фокус не повече от 1,5 кв. мм.

В т. 8 от Техническото предложение участникът „Елпак Лизинг“ ЕООД, гр. Варна е заявил, че рентгеновата тръба на предложеният от него Многосрезов КТ скенер Anatom 32 Fit притежава следните характеристики:

Двуфокусна рентгенова тръба с площ на фокусите (съгласно IEC 60336:2005) съответно:

- малък фокус - 0,5 кв. мм;
- голям фокус - 1,5 кв. мм.

Участникът е заявил, че съответствието на рентгеновата тръба с минималните изисквания на възложителя се удостоверява от документ с техническите характеристики на апарата, дадени от производителя.

В документа с техническите характеристики на апарата, дадени от производителя, придружен от превод на български език, за фокуса на рентгеновата тръба на Многосрезов КТ скенер Anatom 32 Fit са посочени следните параметри:

Фокус на тръбата:

- Голям - 1,2 мм x 1,4 мм
- Малък - 0,7 мм x 0,8 мм

Съответно, площта на фокуса на тръбата е, както следва:

- Голям - 1,2 мм x 1,4 мм - 1,68 кв. мм
- Малък - 0,7 мм x 0,8 мм - 0,56 кв. мм.

Установеното от комисията отклонение на параметрите на фокуса на рентгенова тръба на предложеният от участника Многосрезов КТ скенер Anatom 32 Fit е с повече от 10 % спрямо минималните изисквания към параметрите на фокуса на рентгеновата тръба, обявени от възложителя в техническата спецификация.

1.2. Съгласно обявената от възложителя Техническа спецификация, съдържаща минималните функционални и технически изисквания към 16-срезов компютърен томограф, по отношение на минималните параметри на детекторната система е

заложено следното изискване:

Минимална дебелина на среза при 16 срезова спирална и аксиална аквизиция /сканиране/ – не повече от 0,8 мм.

В т. 8 от Техническото предложение участникът „Елпак Лизинг“ ЕООД, гр. Варна е заявил, че детекторната система на предложението от него Многосрезов КТ скенер Anatom 32 Fit притежава следните параметри:

Минимална дебелина на среза при 16 срезова спирална и аксиална аквизиция /сканиране/ 0,625 мм.

Участникът е заявил, че съответствието на рентгеновата тръба с минималните изисквания на възложителя се удостоверява от документ с техническите характеристики на апарата, дадени от производителя, и по-точно на страница 17.

В документа с техническите характеристики на апарата, дадени от производителя, придружен от превод на български език, за параметрите на сканирането е посочено следното:

Минимална дебелина на срез на сканиране – 1,25 мм;

Установеното от комисията отклонение на параметрите детекторната система на предложението от участника Многосрезов КТ скенер Anatom 32 Fit, а именно от минималната дебелина на среза при 16 срезова спирална и аксиална аквизиция /сканиране/ е с повече от 10 % спрямо минималните изисквания за минималната дебелина на среза при 16 срезова спирална и аксиална аквизиция /сканиране/, обявени от възложителя в техническата спецификация.

С оглед на установеното, комисията приема, че предложението от участника „Елпак Лизинг“ ЕООД, гр. Варна Многосрезов КТ скенер Anatom 32 Fit не отговаря на минималните изисквания на възложителя, посочени в обявената Техническата спецификация, част от утвърдената и влязла в сила документацията за участие. Предвид това, комисията предлага на възложителя участникът „Елпак Лизинг“ ЕООД, гр. Варна да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки, и неговото ценово предложение да не бъде отваряно.

2. Техническо предложение на „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София.

Участникът „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София е представил Техническо предложение, попълнено в съответствие с изискванията на възложителя, към което е приложил техническа документация на английски и на български език за Компютърен томограф модел SOMATOM go.Now. В образеца на техническото предложение в графа „Предложени от участника технически и функционални характеристики“ участникът е декларирал техническите параметри на предлагания от него компютърен томограф. Комисията, след като се запозна с приложената към техническото предложение на участника „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София техническа документация на производителя, съдържаща техническите и функционални характеристики на предложението Компютърен томограф модел SOMATOM go.Now, не установи несъответствие между декларираните от участника данни в техническото предложение и техническите данни на предложението Компютърен томограф модел SOMATOM go.Now. След сравнение на предложението от участника Компютърен томограф модел SOMATOM go.Now. с минималните изисквания на възложителя, посочени в обявената Техническата спецификация, част от утвърдената и влязла в сила документацията за участие, комисията не установи несъответствия, и прие, че офертата на участника „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София отговаря на изискванията на възложителя.

С оглед на това, комисията прие да отвори ценовото предложение на допуснатият участник на 01.02.2019 г. в 09:00 часа, в заседателната зала на болничното заведение, на адрес „МБАЛ Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 1, които дата, време и място да бъдат оповестени на профила на купувача чрез съобщение до участниците и всички заинтересовани по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

На 01.02.2019 г. в 09:00 часа комисията продължи своята работа. Отсъстващия член на комисията Деница Динева, въз основа на Заповед № 37/31.01.2019 г. на

управителя на МБЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора се замести от резервния член на комисията Таня Василева – деловодител.

На заседанието на комисията на 01.02.2019 г. присъства упълномощен представител на участника „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София – Радослав Димитров Наков.

Комисията отвори и обяви ценовото предложение на участника „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София.

Участникът „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София предлага цена за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Предложена цена за изпълнение на поръчката - 337 000 лв. /триста тридесет и седем хиляди лева/ без включен ДДС или 404 400 лв. /четиристотин и четири хиляди и четиристотин лева/.

2. Първоначална вноска в размер на 20 % /двадесет процента/ от сумата по т. 1., с вкл. ДДС а именно 80 880 лв. /осемдесет хиляди осемстотин и осемдесет лева/, в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на сключване на договора срещу представяне на оригинална фактура за дължимата сума.

2.1. Последващото плащане на остатъка от цената се извършва при условията на разсрочено плащане на 60 (шестдесет) равни месечни вноски.

Размерът на месечната вноска е 4 493,33 лв. /четири хиляди четиристотин деветдесет и три лева и тридесет и три ст./ без включен ДДС.

След като обяви предложената от участника „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София цена за изпълнение на предмета на поръчката, комисията класира на първо място единствения допуснат до участие в процедурата участник „Сименс Хелткеър“ ЕООД, гр. София и предлага на възложителя с него да бъде сключен договор за изпълнение на поръчката.

Настоящият протокол е изготвен и предаден на възложителя на 04.02.2019 г.

КОМИСИЯ:

Председател:
Сергей Дериволков

Ренета Славова

Деница Динева
/за заседанието на комисията, проведено на 23.01.2019 г./

Таня Василева
/За заседанието на комисията, проведено на 01.02.2019 г./